

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230308-89203-993

院區：

填單日期：2023/03/08

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	POCT CAP評核表:2023 CAP CT-A 高雄血液透析室	類別	一般(簽呈,報告)	核決流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限	
歸檔標籤	部門主標籤 <input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤 <input type="text"/>	個人主標籤 <input type="text" value="CAP"/>	個人子標籤 <input type="text"/>	<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：[230308-89203-993.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

血液透析室院外品管評核表 2023 年 03 月 07 日

品管類別	2023 CAP CT-A Survey
收到檢體時間	2023/01/17
收到報告時間	2023/03/06
品管項目數目	3
合格項目數目	3
合格百分比	100%

說明：

1. 標準：Peer Group Mean \pm 3SD，詳如附件 1。
2. 結果：全部合格，詳如附件 2。

檢驗醫學部部長/照護端檢驗小組組長/檢驗醫學部主任/檢驗醫學部品係
血管攝影室科主任/血管攝影室 POCT 負責人/品管醫檢師:參閱行政文書
報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2023-03-08 16:39:55	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	賴俊仁	81510血液透析	透析技術 組長	上一級主管	2023-03-09 11:54:00		賴俊仁
傳簽給上一級主管	李文欽	81500腎臟科	科主任(專科)	上一級主管	2023-03-15 15:54:58		李文欽
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-03-15 16:50:43	CAP Activated clotting time 外部品管結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-03-16 01:04:49	血液透析室 CAP Activated clotting time 評估結果合格, 呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-03-16 08:05:19		黃琬婷
轉回上一級	尤慧玲 (部主任)	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-03-16 09:58:39		
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-03-16 10:08:18	部負責人同意	黃琬婷
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-03-16 10:16:22		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管