

機密別： 管制案件 極機密文件 機密(A) 一般(B) 非機密(C) 其他 列印

速別： 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240715-89203-000

院區：8高雄

填單日期：2024/07/15

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學部品保教學組
主旨	APT-2024 02% saturation-A 心臟內科 (心導管室)	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程
			核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	--請選擇--	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤 POCT	部門子標籤	個人主標籤 --請選擇--
		個人子標籤	儲存

申請部門本文：[240715-89203-000.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#)

院區審核部門

行政中心

心導管室院外品管評核表 2024 年 7 月 10 日

品管類別	APT- 2024 O2 Saturation (Rapid 1265)-A-心導管室
收到檢體時間	2024/07/10
收到報告時間	2024/07/10
品管項目數目	6
合格項目數目	6
合格百分比	100%
說明： 1. 方式：由檢驗醫學部準備檢體，與檢驗醫學部生化軌道組 Rapid 1265 機台比對結果。 2. 標準：依據 CAPAQ-A 2024 Evaluation Criteria: Peer Group Mean \pm 3 SD，如附件一。 3. 比對結果：合格，如附件二。	

照護端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師：參閱行政文書傳閱

報告請於二週內完成



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 部品保教學組	醫檢師MT3	申請者	2024-07-15 15:55:21		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 部品保教學組	檢驗醫學醫檢組 長	上一級主管	2024-07-17 16:06:24		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 部品保教學組	醫檢師MT3	上一級主管	2024-07-17 16:44:53		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 部品保教學組	檢驗醫學醫檢組 長	上一級主管	2024-07-17 16:49:07	APT-2024 02% saturation-A 心臟內科 (心導管室)共2台, 比對結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副 主任	上一級主管	2024-07-19 13:41:11	心臟內科 (心導管室)之2024年第一次APT-2024 02% saturation-A , 與檢驗醫學部設備比對, 結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級 主治醫師	上一級主管	2024-07-29 11:06:00	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	蔡佑祐	81710心內心導管	心臟內科資深專 業醫事放射師	上一級主管	2024-07-29 14:16:55		蔡佑祐
傳簽給上一級主管	王鳳花	81710心內心導管	心內技術組長	上一級主管	2024-07-29 15:32:23	心導管室共2台 OXICOM APT-2024 02% saturation-A , 檢測比對結果合格, 呈核。	王鳳花
傳簽給上一級主管	陳永隆	81700心臟血管 內科	科主任(專科)	上一級主管	2024-07-29 17:17:12		陳永隆
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢 部	部主任	上一級主管	2024-07-30 09:05:12		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管