

請點選參閱附件內容!

本單編號：240617-89203-113 院區：8高雄 填單日期：2024/06/17

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組		
主旨	CAP評核表 2024-AQQ-A-麻醉科	類別	一般(簽呈,報告) ▾	核決 流程	核決 人:尤 慧玲 (部主 任) 異 動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會 簽(選 填)	會簽後 彙總人 員	--請選擇-- ▾	會簽時 限
------------------	-----------------	-----------	----------


歸檔標籤	部門 主標 籤	POCT ▾	部門 子標 籤	▾	個人 主標 籤	--請選擇-- ▾	個人 子標 籤	▾	儲存
------	---------------	--------	---------------	---	---------------	-----------	---------------	---	----

申請部門本文：240617-89203-113.pdf

附件：附件一 · 附件二

院區審核部門

行政中心



麻醉科院外品管評核表 2024 年 06 月 17

品管類別	2024 CAP AQQ-A Survey
收到檢體時間	2024.04.15
收到報告時間	2024.06.12
品管項目數目	48
合格項目數目	48
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 AQQ-A 2024 — Critical Care/Aqueous Blood Gas
2. 評估結果：合格，如附件 2。

申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師 MT3	申請者	2024-06-17 08:40:07		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部品保教學組	檢驗醫學醫檢組長	上一級主管	2024-06-18 11:26:31	麻醉科2台2024-AQQ Blood Gas外部品管結果, 皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副主任	上一級主管	2024-06-18 22:01:13	麻醉科2台POCT設備操作2024-AQQ (Blood Gas)結果皆合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	李佳縉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副主任	上一級主管	2024-06-19 11:53:01	麻醉科外部品管(CAP 2024-AQQ-A), 合格率100%, 呈核	李佳縉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級主治醫師	上一級主管	2024-06-19 13:48:02	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	祝國馨	83A00麻醉科系	麻醉技術組長	上一級主管	2024-06-19 14:48:31		祝國馨
傳簽給上一級主管	黃士聰	83A00麻醉科系	一般級主治醫師	上一級主管	2024-06-26 10:08:25		黃士聰
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-06-26 20:36:18		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管