

表單

附件

流程

申請部門

機密別： 管制案件 極機密文件 機密(A) 一般(B) 非機密(C) 其他 列印

速別： 普通件 急件

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：241004-89203-464

院區：

填單日期：2024/10/04

| | | | |
|----|------------------------------------|------|--|
| 人員 | 陳彥蓉 | 部門 | 89203檢驗醫學部品保教學組 |
| 主旨 | APT 評核表 2024-WBGQ-B-護理部 (高雄市立鳳山醫院) | 類別 | <input type="text" value="一般(簽呈,報告)"/> |
| | | 核決流程 | 核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄 |

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

| | | | |
|----------|---------|--------------------------------------|------|
| 副本會簽(選填) | 會簽後彙總人員 | <input type="text" value="--請選擇--"/> | 會簽時限 |
|----------|---------|--------------------------------------|------|

| | | | | | |
|------|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 歸檔標籤 | 部門主標籤 <input type="text" value="POCT"/> | 部門子標籤 <input type="text"/> | 個人主標籤 <input type="text" value="--請選擇--"/> | 個人子標籤 <input type="text"/> | <input type="button" value="儲存"/> |
|------|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|

申請部門本文：[241004-89203-464.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#)

院區審核部門

行政中心

護理部 (高雄市立鳳山醫院)
院外品管評核表 2024 年 04 月 25 日

| | |
|---|------------------------|
| 品管類別 | 2024 APT WBGQ-B Survey |
| 收到檢體時間 | 2024.9.3 |
| 收到報告時間 | 2024.9.30 |
| 品管項目數目 | 18 |
| 合格項目數目 | 18 |
| 合格百分比 | 100% |
| 說明： 1. 檢體使用高雄長庚 CAP WBGQ-B survey 當天測試之檢體，鳳山醫院 APT 依據 WBGQ-B 2024 Whole Blood Glucose, Evaluation Criteria : Peer group mean \pm 12.5% or 12 mg/dL (whichever is greater)，如附件 1。 2. 評估結果：合格，如附件 2。。 | |

POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫檢師：傳簽流程參閱行政文書



核簽流程記錄

| 流程 | 姓名 | 部門 | 職稱 | 說明 | 日期 | 意見 | 簽章 |
|----------|-----|-----------------|-------------|-------|---------------------|--|-----|
| 申請 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師MT3 | 申請者 | 2024-10-04 12:43:05 | | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 蘇承瑜 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 資深檢驗醫學醫檢組長 | 上一級主管 | 2024-10-04 13:08:37 | 鳳山護理部血糖機APT 評核, 以高雄驗餘檢體 2024-WBGQ-B自評, 結果皆合格, 呈核 | 蘇承瑜 |
| 傳簽給上一級主管 | 王美嘉 | 89200檢驗醫學部 | 檢驗醫學醫檢副主任 | 上一級主管 | 2024-10-09 23:06:27 | 以2024年第二次CAP檢體(2024-WBGQ-B), 提供鳳山市立醫院護理部測試, 測試結果符合本次CAP Peer區間, 經評估結果合格, 呈核。 | 王美嘉 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃琬婷 | 89200檢驗醫學部 | 學術組副教授級主治醫師 | 上一級主管 | 2024-10-11 09:02:05 | 部負責人同意 | 黃琬婷 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃淑玲 | T4MA0門診 | 門診護理長 | 上一級主管 | 2024-10-11 23:51:12 | 鳳山醫院護理部2024年血糖機共七台, ATP評核結果, 皆合格, 呈核 | 黃淑玲 |
| 傳簽給上一級主管 | 陳婉宜 | T4000護理部 | 護理督導 | 上一級主管 | 2024-10-12 09:30:52 | 本件係以2024年第二次CAP檢體(2024-WBGQ-B)測試, 鳳山醫院護理部2024年血糖機共七台, ATP評核結果皆為合格, 呈核。 | 陳婉宜 |
| 已結案 | 尤慧玲 | 01H80高雄醫檢部 | 部主任 | 上一級主管 | 2024-10-13 10:44:48 | | 尤慧玲 |

點選通知其他人

點選呈閱主管