

機密別： 管制案件  極機密文件  機密(A)  一般(B)  非機密(C)  其他  列印

速別： 普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240814-89203-717 院區：8高雄 填單日期：2024/08/14

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學部品保教學組
主旨	CAP 評核表 2024-CT2-B-血液透析室 (鳳山市立醫院)	類別	一般(簽呈,報告)
		核決流程	核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	--請選擇--	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤 POCT	部門子標籤	個人主標籤 --請選擇-- 個人子標籤

申請部門本文：[240814-89203-717.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

**血液透析室 (高雄市立鳳山醫院)**  
**院外品管評核表 2024 年 08 月 14 日**

品管類別	2024 APT CT2-B Survey
收到檢體時間	2024.07.15
收到報告時間	2024.08.12
品管項目數目	3
合格項目數目	3
合格百分比	100%
說明： 1. 檢體使用高雄長庚 CAP CT2-B survey 當天測試後之剩餘檢體，鳳山醫院 APT 結果依據依據 CT2-B 2024 Activated Clotting Time, CT2 Evaluation Criteria： $\pm 3$ SD 自評，如附件 1。 2. 評估結果：合格，如附件 2。。	

POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫檢師：傳簽流程參閱行政文書



## 核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 部品保教學組	醫檢師MT3	申請者	2024-08-14 09:42:34		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 部品保教學組	資深檢驗醫學醫 檢組長	上一級主管	2024-08-14 11:29:36	血液透析室 操作高長驗餘2024-CT2-B檢體, 自評結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副 主任	上一級主管	2024-08-15 15:51:41	以2024年第二次CAP檢體(2024-CT2-B), 提供鳳山市立醫院 血液透析室測試, 測試結果符合本次CAP Peer區間, 經評估結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級 主治醫師	上一級主管	2024-08-19 08:28:53	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	吳孟學	T1510血液透析	透析技術組長	上一級主管	2024-08-23 17:55:37	鳳山血液透析室操作高長當天測驗剩餘2024-CT2-B品管檢體, 自評檢測結果CT2-04-199秒, CT2-05-98秒, CT2-06-200秒 皆合格, 呈核	吳孟學
傳簽給上一級主管	李岳庭	T1500腎臟科	科主任(專科)	上一級主管	2024-08-24 13:05:18		李岳庭
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-08-26 08:11:28		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料!

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見
郭淑冠(透析治療組長)	2024-08-26 08:21:25	吳孟學(透析技術組長)		

點選通知其他人