

表單

附件

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他   列印

速別：  
 普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：  
 3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240425-89203-026 院區： 填單日期：2024/04/25

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	CAP 評核表 2024-AQSQ-A-PNICU	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限
----------	---------	--------------------------------------	------

歸檔標籤	部門主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	個人主標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	個人子標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	<input type="button" value="儲存"/>
------	-------	-----------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--------------------------------------	-----------------------------------

申請部門本文：[240425-89203-026.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#)

院區審核部門

行政中心



## PNICU 院外品管評核表 2024 年 04 月 25

品管類別	2024 CAP AQSQ-A Survey
收到檢體時間	2024.03.18
收到報告時間	2024.04.22
品管項目數目	23
合格項目數目	23
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 AQSQ-A 2024 Critical Care Blood Gas, i-STAT, E Criteria, 如附件 1。
2. 評估結果：合格，如附件 2。
3. AQSQ-01 Hematocrit, Percent 結果：<15; Hemoglobin, 結果：NA
4. 詢問廠商機台線性，Hematocrit, Percent 線性為：15-75 Estimated g/dL 線性為：5.1-25.5 (計算值)，如附件 3
5. 因機台超出線性以自評方式如下，評估結果合格。

EVALUATION AND COMPARATIVE-METHOD STATISTICS						
TEST	SPECIMEN	YOUR RESULT	MEAN	SD	SDI	LIMIT
						LOWE
i-STAT EG7+ (Hematocrit, Percent)	AQSQ-01	<15	15.10	0.30	NA	16.01
i-STAT EG7+ (Hemoglobin, Estimated g/dL)	AQSQ-01	NA*	5.14	0.13	NA	4.83

\*Hemoglobin, Estimated g/dL線性為：5.1-25.5(計算值)



## POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/論併列印(核簽)傳簽流程參閱行政文書

## 核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2024-04-25 14:12:55		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-25 17:01:34		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2024-04-25 18:24:50		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-29 11:16:08	2024-AQSQ-A-PNICU cap blood gas外部品管結果, 皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-05-02 21:22:20	請說明AQSQ-01之Hb結果為NA對應CAP之評核方式	王美嘉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2024-05-07 09:00:57	1. AQSQ-01之Hb結果為NA對應CAP之評核方式如本文說明 4. 2. 呈核	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-05-08 17:44:15	1. 因Hb為計算值, 本次操作HCT值為<15, 故無法換算Hb 2. 2024-AQSQ-A-PNICU cap blood gas外部品管結果, 皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-05-13 23:40:04	1. PNICU之i STAT執行CAP 2024-AQSQ-A之評估結果, 因本次操作之檢體-AQSQ-01之HCT值測定值低於機台線性(15~75%), 因此無法換算Hb, 因此AQSQ-01之Hb結果為NA。 2. AQSQ-01之peer平均值為15.10, 因此內部評估結果為合格。 3. 總結PNICU之2024-AQSQ-A評估結果合格。 4. 呈核	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2024-05-15 08:38:36	部負責人同意	黃琬婷

轉寄給人員	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師MT2	表單轉寄	2024-05-17 10:57:31	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師MT2	上一級主管	2024-05-17 11:03:13	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	歐陽美珍	8AC00新生兒科	科主任(專科)	上一級主管	2024-05-20 09:21:37	歐陽美珍
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-05-20 12:55:27	尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管