

表單

附件

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他  列印

速別：  
 普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：  
 3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240425-89203-008 院區：8高雄 填單日期：2024/04/25

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	CAP 評核表 2024-WBGQ-A-護理部	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員		會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤
	POCT		
<input type="button" value="儲存"/>			

申請部門本文：[240425-89203-008.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#) · [附件四](#)

院區審核部門

行政中心



### 護理部院外品管評核表 2024 年 04 月 25

品管類別	2024 CAP WBGQ-A Survey
收到檢體時間	2024.03.25
收到報告時間	2024.04.23
品管項目數目	90
合格項目數目	90
合格百分比	100%
說明： 1. 依據 WBGQ-A 2024 Whole Blood Glucose, Evaluation group mean $\pm 12.5\%$ or 12 mg/dL (whichever is greater) 2. 評估結果：合格，如附件 2。。	

POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫檢師：傳簽流程參閱行政文書

列印字體: 12



合併列印

合併列印(核簽)

核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2024-04-25 14:07:53		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-25 17:04:52	2024-WBGQ-A-護理部血糖機CAP結果評估, 皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-04-30 19:42:55	請再確認允收標準為+/- 12.5%, 但評估結果(附件二)之允收區間為+/-15%。 1. 確認護理部血糖機允收標準依據附件1 Whole Blood Glucose Peer Group Peer group mean $\pm$ 12.5% or 12 mg/dL (whichever is greater), 下半年血糖機CAP Glucometer Comparison Criteria (Optional)會改勾選為[12% for glucose concentrations > 75 mg/dL or +/- 12 mg/dL for glucose concentrations < 75 mg/d], 如附件3。 2. 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2024-05-02 09:29:58		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-05-02 15:16:10	(1)確認允收標準為+/- 12.5% or 12 mg/dL (whichever is greater) (2)另會請實驗室勾選實驗室進行血糖機比對的 Criteria(Glucometer Comparison Criteria (如附件3.)), 本院比對允收Criteria 定為+/- 12.5% or 12 mg/dL(如附件四), 故歷年 Glucometer Comparison Criteria皆勾選+/-15%for glucose concentrations >100mg/dL or +/- 15 mg/dL for glucose concentrations < 100 mg/dL, 經檢視評估可勾選使用12% for glucose concentrations > 75 mg/dL	蘇承瑜

						or +/- 12 mg/dL for glucose concentrations < 75 mg/d之標準,下半年擬將實驗室比對標準下修至+/- 12.0%後並更新此項勾選呈核	
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副主任	上一級主管	2024-05-02 22:28:43	1. 經確認高長護理部之血糖機評估標準為+/- 12.5% or 12 mg/dL (附件二P.1~3),然因可勾選的血糖機比對Criteria僅有+/- 15%、12%及10%,其中12%較接近本院比對標準,下半年擬改為12%。 2. 綜上,2024-WBGQ-A-護理部血糖機CAP評估結果合格,呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級主治醫師	上一級主管	2024-05-06 08:08:28	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門診護理二組	門診護理長	上一級主管	2024-05-06 11:24:48		王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2024-05-06 11:41:16	2024年WBGQ-A-護理部血糖機CAP結果評估,皆合格,呈核	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-05-06 22:21:31		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料！

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見	
王淑惠 (門診護理長)	2024-06-06 11:12:59	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除
曾斐琳 (護理督導)	2024-06-06 11:12:59	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除
王淑惠 (門診護理長)	2024-06-06 11:12:10	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除
曾斐琳 (護理督導)	2024-06-06 11:12:10	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除

點選通知其他人

