

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印
別： 案件 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別： 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240425-89203-642 院區：8高雄 填單日期：2024/04/25

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	APT 評核表 2024-WBGQ-A-護理部 (高雄市立鳳山醫院)	類別	一般(簽呈,報告) <input type="button" value="核決流程"/> 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="button" value="--請選擇--"/>	會簽時限
----------	---------	----------------------------------------	------

歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤	個人子標籤	<input type="button" value="儲存"/>
	POCT		<input type="button" value="--請選擇--"/>		

申請部門本文：240425-89203-642.pdf

附件：附件一 · 附件二 · 附件三

院區審核部門

行政中心

護理部 (高雄市立鳳山醫院)
院外品管評核表 2024 年 04 月 25 日

品管類別	2024 APT WBGQ-A Survey
收到檢體時間	2024.03.25
收到報告時間	2024.04.23
品管項目數目	21
合格項目數目	21
合格百分比	100%

說明：

1. 檢體使用高雄長庚 CAP WBGQ-A survey 當天測試後之山醫院 APT 依據 WBGQ-A 2024 Whole Blood Glucose Criteria : Peer group mean $\pm 12.5\%$ or 12 mg/dL (which greater) , 如附件 1。
2. 評估結果：合格，如附件 2。。



POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫核 傳簽流程參閱行政文書
 合併列印(核簽)

核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2024-04-25 14:20:47		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-25 16:40:07		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2024-04-25 17:22:08		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-29 11:14:02	鳳山護理部血糖機APT 評核, 以高雄驗餘檢體 2024-WBGQ-A 自評, 結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-04-30 20:05:49	附件二之評估標準需與允收標準(Peer mean +/- 12.5% or 12mg/dL)一致, 請確認。	王美嘉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2024-05-02 09:37:57	1. 確認血糖機允收標準依據附件1 Whole Blood Glucose Peer Group Peer group mean \pm 12.5% or 12 mg/dL (whichever is greater). 2. 附上WBGQ? A 2024各 LEVEL允收標準之允收標準如附件3. 3. 呈核.	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-05-02 15:24:03	確認附件二之評估標準需與允收標準(Peer mean +/- 12.5% or 12mg/dL)一致, 如附件3, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-05-02 21:47:57	鳳山護理部血糖機共7台之APT 評核結果, 以2024-WBGQ-A之允收標準(附件三)評估, 評估結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2024-05-06 08:13:01	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	黃淑玲	T4MA0門診	門診護理 長	上一級主管	2024-05-06 11:58:16	鳳山醫院護理部2024年血糖機共七台, ATP評核結果, 皆合格, 呈核	黃淑玲
傳簽給上一級主管	陳婉宜	T4000護理部	護理督導	上一級主管	2024-05-06 13:26:40	鳳山護理部血糖機共7台之APT 評核結果均合格, 呈核。	陳婉宜

已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-05-06 22:13:27	尤慧玲
-----	-----	------------	-----	-------	------------------------	-----

點選通知其他人

點選呈閱主管