

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：231220-89203-250

院區：

填單日期：2023/12/20

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	APT評核表:2023年Glucose, Hemoglobin (Rapid 500)-B- 麻醉科	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤
	個人主標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	個人子標籤
<input type="button" value="儲存"/>			

申請部門本文：[231220-89203-250.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

麻醉科院外品管評核表 2023 年 12 月 15 日

品管類別	APT 2023 Glucose (Rapid 500)- B
收到檢體時間	2023/12/14
收到報告時間	2023/12/15
品管項目數目	20
合格項目數目	20
合格百分比	100%

說明：

1. 方式：由麻醉科準備檢體，與檢驗醫學部生化軌道組 H08S 機台和學部血液鏡檢組 XN-9000 機台比對結果。
2. 標準：依據 CAP Evaluation Criteria
 - (1) Glucose Peer Group $\pm 10\%$
 - (2) Hemoglobin Peer Group $\pm 7\%$
3. 結果：合格。

照護端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師：參閱行政文書傳閱

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2023-12-20 12:49:32		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-12-21 18:42:48	麻醉科2023年第2次Glucose, Hemoglobin (Rapid 500) APT評估結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2023-12-21 20:25:40	1. 本次比對麻醉科之POCT設備-Rapid 500與檢驗醫學部設備檢測之Glucose, Hemoglobin, 結果合格。 2. 結論:2023 Glucose-B-麻醉科 APT結果合格。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-12-22 09:25:52	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	祝國馨	83A00麻醉科系	麻醉技術 組長	上一級主管	2023-12-22 17:16:59		祝國馨
傳簽給上一級主管	黃佳絨	83A00麻醉科系	學術組助 理教授級主治醫師	上一級主管	2023-12-29 11:49:09		黃佳絨
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-12-31 09:09:10		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管