

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別： 普通件 急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：231012-89203-970

院區：8高雄

填單日期：2023/10/12

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	APT評核表:2023 WBGQ-B-護理部 (高雄市立鳳山醫院)	類別	一般(簽呈,報告)	核決 流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後 彙總人員		會簽時 限					
歸檔標籤	部門 主標籤	POCT	部門 子標籤		個人 主標籤		個人 子標籤		<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：231012-89203-970.pdf

附件：附件一·附件二

院區審核部門

行政中心

護理部 (高雄市立鳳山醫院)
院外品管評核表 2023 年 10 月 11 日

品管類別	2023 APT WBGQ-B Survey
收到檢體時間	2023.09.05
收到報告時間	2023.10.05
品管項目數目	21
合格項目數目	21
合格百分比	100%

說明：

1. 檢體使用高雄長庚 CAP WBGQ-B Survey 當天測試後之剩餘檢山醫院 APT 結果依據 WBGQ-B Whole Blood Glucose Quality (Check, Evaluation Criteria) 自評，如附件 1。
2. 評估結果：合格。

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2023-10-12 09:35:38		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-10-12 09:45:32		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2023-10-13 14:30:50		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-10-13 16:35:24	鳳山醫院2023年第2次護理部 血糖機cap檢體評核(以高雄 驗餘檢體操作自評),全部合 格,呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-10-16 15:11:38	鳳山醫院護理部血糖機 2023 CAP WBGQ-B 7台評估均合 格。呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主 治醫師	上一級主管	2023-10-18 08:18:31		黃琬婷
傳簽給上一級主管	黃淑玲	T4MA0門 診	門診護理 長	上一級主管	2023-10-19 19:12:50	1. 9月已完成外部品管CAP WBGQ-B檢測,七個單位CAP WBGQ-B檢測皆在正常範圍 內。 2. 呈核。	黃淑玲
傳簽給上一級主管	陳婉宜	T4000護 理部	護理督導	上一級主管	2023-10-19 22:12:52		陳婉宜
已結案	尤慧玲	01H80高 雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-10-19 22:18:15		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管