

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230626-89203-067

院區：

填單日期：2023/06/26

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	CAP評核表:2023 WBGQ-A-護理部	類別	一般(簽呈,報告)	核決流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限					
歸檔標籤	部門主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤	<input type="text" value="POCT"/>	個人主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	個人子標籤	<input type="text"/>	<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：[230626-89203-067.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

護理部院外品管評核表 2023 年 06 月 26 日

品管類別	2023 CAP WBGQ-A
收到檢體時間	2023/05/22
收到報告時間	2023/06/21
品管項目數目	90
合格項目數目	90
合格百分比	100%

說明：

1. 標準：依據 Evaluation Criteria, Peer group mean ± 12.5 12 mg/dL (whichever is greater), 詳如附件 1。
2. 結果：全部合格。

照護端檢驗小組組長/督導/護理長/品管醫檢師:參閱行政文書

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2023-06-26 11:17:37		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-06-27 08:58:07	2023年第1次ODES 3030 醫用式連線血糖機cap外部品管, 全部合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-06-28 13:09:08	2023年第1次 POCT 血糖機CAP外部品管評估合格, 呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-06-28 13:37:16	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門診護理二組	門診護理 長	上一級主管	2023-06-28 15:25:15	2023年護理部上半年ODES 3030 醫用式連線血糖機cap外部品管稽核30個單位全部合格, 呈核	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2023-06-29 08:16:35	2023年護理部上半年ODES 3030 醫用式連線血糖機cap外部品管稽核30個單位全部合格, 呈核	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-06-30 07:23:52		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料！

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見	
王淑惠 (門診護理長)	2024-06-06 11:11:23	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除
曾斐琳 (護理督導)	2024-06-06 11:11:23	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除

點選通知其他人

