

表單 附件 流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別: 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效: 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制:

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號: 240416-89203-566 院區: 8高雄 填單日期: 2024/04/16

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學部 品保教學組
主旨	APT評核表 2024年尿液試驗-A-護理部	類別	一般(簽呈,報告) <input type="button" value="核決流程"/> 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="button" value="--請選擇--"/>	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤
	POCT		<input type="button" value="--請選擇--"/>
			個人子標籤
			<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文: 240416-89203-566.pdf

附件: 附件一 · 附件二 · 附件三

院區審核部門

行政中心

下載 列印

護理部院外品管評核表 2024 年 04 月

品管類別	2024 年 APT 門二組尿液分
收到檢體時間	2024/03/14
收到報告時間	2024/04/16
品管項目數目	9
合格項目數目	9
合格百分比	100%

說明：

1. 檢驗醫學部提供 CAP 檢體 (CM-A 2024) 做比對 2024 Evaluation Criteria，如附件 1。
2. 比對結果：合格，如附件 2。

列印字體: 12



照護理端檢驗小組組長/護理督導/護理長/品管師：參閱行政文書傳簽：
合併列印(核簽)

報告請於二週內完成

核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2024-04-16 14:12:40		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-04-17 18:11:03	護理部2024年尿液試驗-A-APT評核, 結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-04-20 03:35:11	由檢驗醫學部提供CAP CM-A檢體作為APT測試檢體, 護理部門二組之尿液試驗測試結果正確, 因此評定2024年尿液試驗-A-APT評核結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2024-04-22 08:28:59	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門 診護理二 組	門診護理 長	上一級主管	2024-04-22 09:14:42	護理部婦產科門診2024年尿液試驗A-APT評核結果皆合格, 呈核.	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護 理部	護理督導	上一級主管	2024-04-22 17:11:55	護理部婦產科門診2024年尿液試驗A-APT評核結果皆合格, 呈核.	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高 雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-04-22 17:51:32		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管