

下載 列印

麻醉科院外品管評核表 2024 年 06 月

品管類別	APT- 2024 Hemoglobin (Rapid)
收到檢體時間	2024/06/17
收到報告時間	2024/06/17
品管項目數目	10
合格項目數目	10
合格百分比	100%

說明：

1. 方式：由麻醉科準備檢體，與檢驗醫學部血液鏡檢組 XN-9
2. 標準：依據 CAP Evaluation Criteria
(1) Hemoglobin Peer Group $\pm 7\%$
3. 比對結果：合格。

列印字體: 12

照護理端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師：參閱行政文
合併列印(核簽)

核簽流程記錄

報告請於二週內完成

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT3	申請者	2024-06-18 17:27:26		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-06-19 13:44:57		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT3	上一級主管	2024-06-19 15:08:40		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-06-19 18:20:50	麻醉科APT-2024 Hemoglobin (Rapid 500)-第一次以2台POCT機台與血液鏡檢組機台比對, 結果合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-06-20 16:19:11	麻醉科2024第一次 Hemoglobin(Rapid 500)APT 評估結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2024-06-21 11:06:51	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	祝國馨	83A00麻醉科系	麻醉技術 組長	上一級主管	2024-06-21 15:29:13		祝國馨
傳簽給上一級主管	黃士聰	83A00麻醉科系	一般級 主治醫師	上一級主管	2024-06-26 10:08:00		黃士聰
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-06-26 23:02:17		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管