

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：231011-89203-045

院區：

填單日期：2023/10/11

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	CAP 評核表 2023-WBGQ-B-護理部	類別	一般(簽呈,報告) <input type="text" value="v"/> 核決流程 核決人:尤慧玲(部主任)異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤
	個人主標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	個人子標籤
			<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：[231011-89203-045.pdf](#)

附件：[附件一](#)

院區審核部門

行政中心

護理部院外品管評核表 2023 年 10 月 11 日

品管類別	2023 CAP WBGQ-B Survey
收到檢體時間	2023.09.05
收到報告時間	2023.10.05
品管項目數目	90
合格項目數目	90
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 WBGQ-B Whole Blood Glucose Quality Cross Check, Evaluation Criteria，如附件 1。
2. 評估結果：合格。

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2023-10-11 18:51:34	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-10-12 09:36:00	2023年第2次護理部血糖機 cap評核, 結果全部合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-10-13 09:04:04	護理部血糖機 2023 CAP WBGQ-B 評估合格。呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-10-13 09:24:08	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門 診護理二 組	門診護理 長	上一級主管	2023-10-13 09:46:39	2023年護理部下半年血糖機 cap評核, 結果全部合格, 呈核	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2023-10-13 10:57:35	本件係2023年護理部下半年 血糖機cap評核結果, 全部合 格, 呈核	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高 雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-10-13 12:57:11		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料！

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見
曾斐琳(護理督導)	2024-06-06 11:11:48	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)		刪除
王淑惠(門診護理長)	2024-06-06 11:11:48	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)		刪除
張志光(檢驗醫學醫檢組長)	2024-04-10 17:06:07	陳彥蓉 (醫檢師 MT2)	2024-04-10 17:41:15	刪除

點選通知其他人