

機密別： 管制案件 極機密文件 機密(A) 一般(B) 非機密(C) 其他 列印

速別： 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：241004-89203-540

院區：8高雄

填單日期：2024/10/04

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學部品保教學組
主旨	CAP評核表:2024 WBGQ-B-護理部	類別	一般(簽呈,報告)
		核決流程	核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	--請選擇--	會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤 POCT	部門子標籤	個人主標籤 --請選擇--
		個人子標籤	儲存

申請部門本文：[241004-89203-540.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#) · [附件四](#)

院區審核部門

行政中心

護理部院外品管評核表 2024 年 10 月 4 日

品管類別	2024 CAP WBGQ-B Survey
收到檢體時間	2024.9.3
收到報告時間	2024.9.30
品管項目數目	90
合格項目數目	90
合格百分比	100%
說明： 1. 依據 WBGQ-B 2024 Whole Blood Glucose, Evaluation Criteria : Peer group mean \pm 12.5% or 12 mg/dL (whichever is greater) , 如附件 1。 2. 評估結果：合格，如附件 2。。	

POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫檢師：傳簽流程參閱行政文書



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 部品保教學組	醫檢師MT3	申請者	2024-10-04 11:47:35		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 部品保教學組	資深檢驗醫學醫 檢組長	上一級主管	2024-10-04 12:16:03	Specimen: WBGQ ? 05, NICU2超出Lab comparison criteria: 12%, 請比較9月高值品管之peer group平均及NICU2整月表現, 確認是否有異常偏高情形	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 部品保教學組	醫檢師MT3	上一級主管	2024-10-07 17:17:34	1. 經檢閱2024年9月品管 (level 1-低值和 level 2-高值): (1) 全院護理部 level 1-低值平均值(Mean) 為43.71; level 2-高值平均值(Mean) 為328.2, N=4267. (2) NICU2 level 1-低值平均值(Mean) 為43.19; level 2-高值平均值(Mean) 為330.39, N=31. (3) 比較全院護理部之peer group平均及NICU2平均表現, Difference from Lab Mean (%) 為-1.19% (level 1-低值) 和0.67% (level 2-高值) 2. 比較結果皆在可接受範圍, 後續會持續觀察. 3. 呈核.	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 部品保教學組	資深檢驗醫學醫 檢組長	上一級主管	2024-10-08 12:35:58	1. 2024-WBGQ-B-護理部血糖機評估結果依cap Evaluation Criteria :Peer group mean \pm 12.5% or 12 mg/dL皆合格 2. 但就高長機台比對資料, NICU2超出Lab comparison criteria: 12%(自行勾選, 然勾選15%, 經2024-WBGQ-A檢討(如附件四), 修正為12%), 故再檢閱NICU2 2024年9月品管與全院血糖機品管平均值的差異為為-1.19% (level 1-低值) 和0.67% (level 2-高值)(如附件三), 比較結果皆在可接受範圍, 應屬單次偏高, 但不影響報告準確度及判讀 3. 呈核。	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢副 主任	上一級主管	2024-10-09 23:55:59		王美嘉
傳簽給上一級主管	張志光	89200檢驗醫學部	代理檢驗醫學醫 檢副主任	上一級主管	2024-10-14 13:52:40	1. 2024-WBGQ-B護理部血糖機評估結果合格。 2. NICU2 WBGQ ? 05 comparison結果偏高 (>12%), Quality Cross Check SDI:2.5, difference of Evaluation Limit亦>50%, 請注意。 3. 呈核。	張志光
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級 主治醫師	上一級主管	2024-10-15 08:21:28	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門診護理 二組	門診護理長	上一級主管	2024-10-15 08:31:40		王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2024-10-15 11:34:11	本件係2024-WBGQ-B-護理部血糖機評估結果, 依cap Evaluation Criteria :Peer group mean \pm 12.5% or 12 mg/dL皆合格, 但就高長機台比對資料, NICU2 2024年9月品管與全院血糖機品管平均值的差異為為-1.19% (level 1-低值) 和0.67% (level 2-高值), 比較結果皆在可接受範圍, 不影響報告準確度及判讀。呈核。	曾斐琳
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢 部	部主任	上一級主管	2024-10-15 19:06:51		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管