

表單

附件 

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他  列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C) 他 

速別：  普通件  急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效：  3日  5日  7日  10日 

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

 行政文書   

本單編號：221017-89203-923

院區：8高雄 

填單日期：2022/10/17

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	護理部血糖機外部品管評核表:2022 CAP WBGQ-B	類別	一般(簽呈,報告) 	核決 流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後 彙總人員	--請選擇-- 	會簽時 限					
歸檔標籤	部門主標籤	POCT 	部門子標籤		個人主標籤	--請選擇-- 	個人子標籤		<input type="button" value="儲存"/>

申請部門本文：221017-89203-923.pdf 

附件：附件一

院區審核部門

行政中心



**護理部院外品管評核表 2022 年 10 月 14 日**

品管類別	2022 CAP WBGQ-B
收到檢體時間	2022/09/06
收到報告時間	2022/10/14
品管項目數目	90
合格項目數目	90
合格百分比	100%

說明：

1. 標準：符合 Evaluation Limit, 詳如附件 1.
2. 結果：全部合格。

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2022-10-17 17:51:35	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	王淑惠	84MB0門診護理二組	門診護理長	上一級主管	2022-10-18 11:00:23	2022.09.22. 護理部下半年血糖機品管外部稽核30個單位，品管結果全部合格。	王淑惠
傳簽給上一級主管	曾斐琳	84000護理部	護理督導	上一級主管	2022-10-18 11:44:49	2022.09.22. 護理部下半年血糖機品管外部稽核30個單位，品管結果全部合格。	曾斐琳
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學醫檢組長	上一級主管	2022-10-19 12:02:55	2022 CAP WBGQ-B護理部血糖機30個單位各測試3支檢體，品管結果全部合格，呈核。	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢主任	上一級主管	2022-10-19 20:30:58	2022 CAP WBGQ-B護理部血糖機30個單位各測試3支檢體，品管結果全部合格，呈核。	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級主治醫師	上一級主管	2022-10-20 07:50:09	部負責人同意	黃琬婷
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2022-10-20 09:26:10		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料！

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見	
王淑惠 (門診護理長)	2024-06-06 11:10:53	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除
曾斐琳 (護理督導)	2024-06-06 11:10:53	陳彥蓉 (醫檢師 MT3)			刪除

點選通知其他人