

表單

附件

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他   列印

別： 案件 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別：  普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：  3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230524-89203-807

院區：8高雄

填單日期：2023/05/24

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組	
主旨	CAP評核表:2023 AQQ-A-麻醉科	類別	一般(簽呈,報告)	核決流程 核決人:尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)		會簽後彙總人員	--請選擇--	會簽時限	
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤	個人子標籤	<input type="button" value="儲存"/>
	POCT		CAP		

申請部門本文：230524-89203-807.pdf

附件：附件五 · 附件1 · 附件2 · 附件4 · 附件3 · 附件6

院區審核部門

行政中心



麻醉科 院外品管評核表 2023 年 05 月 24 日

品管類別	2023 CAP AQQ-A
收到檢體時間	2023/04/17
收到報告時間	2023/05/18
品管項目數目	42
合格項目數目	3
合格百分比	7.14%

說明：

1. 標準：Evaluation Criteria 如附件 1。
2. 合格：合格項目數:3，合格率 7.14%，評估報告如附
3. 檢驗醫學部外部品管-2023 年 CAP AQQ-A 精確度格(Unacceptable PT Investigation)說明，如附件 3
4. 經 20230524 了解原因後的測試結果，合格率 100 明如附件 4。

照護端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師：請參閱行政文書傳簽

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



## 核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	第 1 頁 / 共 1 頁 2023-05-24 14:57:06		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-05-25 12:16:09		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2023-05-25 12:40:16		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-05-26 18:05:42	2023年麻醉科外部品管AQQ-A結果不合格, 原因為拿錯檢體操作, 應拿AQQ檢體拿成HCTQ (CAP SURVEY AQQ同一包裝內有AQQ及HCTQ)造成不合格, 重新操作正確檢體評估皆合格, 請麻醉科宣導人員執行檢體應確認檢體名稱及編號, 另本品管醫檢師日後直接分發AQQ檢體給麻醉科, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-05-28 17:38:22	1. HCTQ-01~ HCTQ-03 哪個單位操作? 2. 是否有單獨品項可購置?	張永達
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2023-05-29 08:32:29	1. AQQ-01~ AQQ-03和HCTQ-01~ HCTQ-03皆為AQQ survey套組裡面的內容物, 麻醉科的blood gas項目僅需操作AQQ-01~ AQQ-03, HCTQ-01~ HCTQ-03會保存在麻醉科4度冰箱。 2. AQQ survey為一個套組, 無法只購買AQQ-01~ AQQ-03, 未來會由品管醫檢師先保存HCTQ-01~ HCTQ-03至檢驗醫學部的4度冰箱, 避免再次拿錯。	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-05-29 09:15:34	麻醉科blood gas購買AQQ survey套組如附件AQQ產品說明, 含AQQ(gas生化項目)及HCTQ(gas血液項目hb, hct), 查無可拆開購買之survey, 現	蘇承瑜

						況亦無單位使用BLOOD GAS測Hb, Hct, 呈核	
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢主任	上一級主管	2023-05-31 21:56:47		張永達
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師MT2	上一級主管	2023-06-01 09:22:10	1. 給麻醉科CAP檢體時會一併附上封面和操作說明如附件6給麻醉科護理長。 2. 呈核。	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部品保教學組	檢驗醫學醫檢組長	上一級主管	2023-06-01 10:06:48	檢體分發紀錄表有標示CAP surveys 編號, 如附件6, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢主任	上一級主管	2023-06-10 07:03:23	1. CAP AQQ Survey Kit 含3組 AQQ(待測物Blood gas/ISE) 及 3組HCTQ(待測物Hb/Hct)檢體, 麻醉科的blood gas項目僅需操作AQQ檢體, 因操作時誤拿成HCTQ上機, 導致CAP 評估異常, 經重新以AQQ分析, 自評合格。 2. 查無單獨販售 AQQ 檢體 Survey, 查檢體分發時, 檢體分發紀錄表有註明應操作檢體為AQQ, 後續擬於檢體發到現場前, 先取出HCTQ檢體, 避免類似情事發生。 3. 呈核。	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級主治醫師	上一級主管	2023-06-12 08:56:39		黃琬婷
傳簽給上一級主管	祝國馨	83A00麻醉科系	麻醉技術組長	上一級主管	2023-06-13 15:57:02		祝國馨
傳簽給上一級主管	黃佳絨	83A00麻醉科系	學術組助理教授級主治醫師	上一級主管	2023-06-19 09:15:53		黃佳絨
傳簽給上一級主管	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-06-19 20:15:46	2023年麻醉科外部品管AQQ-A不合格, 敬請麻醉科補充說明改善措施?	尤慧玲
傳簽給上一級主管	蘇純玉	01940經營管理組駐高雄	副組長	上一級主管	2023-06-20 09:36:34		蘇純玉
傳簽給上一級主管	蔡秉能	01940經營管理組駐高雄	資深行政管理師	上一級主管	2023-06-20 10:07:01	敬請麻醉科針對各項缺失問題提報說明改善措施	蔡秉能
傳簽給上一級主管	祝國馨	83A00麻醉科系	麻醉技術組長	上一級主管	2023-06-21 22:04:07	1. 麻醉科Blood gas CAP僅需做AQQ, 未來CAP請交付予麻醉科AQQ檢體。 2. 自冰箱取出檢體時確實核對檢體瓶身名稱編號與Result Form名稱編號一致, 上機前再一次確認。	祝國馨

傳簽給上一級主管	黃佳絨	83A00麻醉科系	學術組助理教授級主治醫師	上一級主管	2023-06-28 14:20:51	黃佳絨
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-06-29 16:58:40	尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管