

表單

附件

流程

申請部門

機密別： 管制案件  極機密文件  機密(A)  一般(B)  非機密(C)  其他  列印

速別： 普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：241203-89203-537

院區：

填單日期：2024/12/03

|    |                                       |      |                                   |
|----|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 人員 | 陳彥蓉                                   | 部門   | 89203檢驗醫學部品保教學組                   |
| 主旨 | APT-2024 02% saturation-B 心臟內科 (心導管室) | 類別   | 一般(簽呈,報告)                         |
|    |                                       | 核決流程 | 核決人:尤慧玲(部主任) <a href="#">異動紀錄</a> |

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

|          |         |                                      |      |
|----------|---------|--------------------------------------|------|
| 副本會簽(選填) | 會簽後彙總人員 | <input type="text" value="--請選擇--"/> | 會簽時限 |
|----------|---------|--------------------------------------|------|

|      |   |       |  |       |                                   |
|------|---|-------|--|-------|-----------------------------------|
| 歸檔標籤 | 部門主標籤 <input type="text" value="POCT"/> | 部門子標籤 | 個人主標籤 <input type="text" value="--請選擇--"/> | 個人子標籤 | <input type="button" value="儲存"/> |
|------|---|-------|--|-------|-----------------------------------|

申請部門本文：[241203-89203-537.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#) · [附件三](#)

院區審核部門

行政中心

## 心導管室院外品管評核表 2024 年 12 月 2 日

|   |   |
|---|---|
| 品管類別  | APT- 2024 O2 Saturation (Rapid 1265)-B-心導管室 |
| 收到檢體時間  | 2024/12/2                                   |
| 收到報告時間  | 2024/12/2                                   |
| 品管項目數目  | 6   |
| 合格項目數目  | 6   |
| 合格百分比   | 100%  |
| 說明：<br>1. 方式：由檢驗醫學部生化軌道組準備 Blood gas 檢體，與檢驗醫學部生化軌道組 Rapid 1265 機台比對結果。<br>2. 標準：依據 CAPAQ-A 2024 Evaluation Criteria: Peer Group Mean $\pm$ 3 SD，如附件一。<br>3. 比對結果：合格，如附件二。 |   |

照護端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師：參閱行政文書傳閱

報告請於二週內完成



## 核簽流程記錄

| 流程       | 姓名  | 部門              | 職稱          | 說明    | 日期                  | 意見  | 簽章  |
|----------|-----|-----------------|-------------|-------|---------------------|---|-----|
| 申請       | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師MT3      | 申請者   | 2024-12-03 12:01:51 |   | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 蘇承瑜 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 資深檢驗醫學醫檢組長  | 上一級主管 | 2024-12-03 14:02:43 | 2024年第2次 心臟內科 (心導管室)02% saturation APT結果, 評估合格, 呈核                  | 蘇承瑜 |
| 傳簽給上一級主管 | 王美嘉 | 89200檢驗醫學部      | 檢驗醫學醫檢副主任   | 上一級主管 | 2024-12-04 09:47:41 | 請修整主文之BLOOD   | 王美嘉 |
| 傳簽給上一級主管 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師MT3      | 上一級主管 | 2024-12-04 09:57:58 | 已更新主文, 呈核.  | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 王美嘉 | 89200檢驗醫學部      | 檢驗醫學醫檢副主任   | 上一級主管 | 2024-12-04 18:31:54 | 心臟內科 (心導管室)之2024年第二次APT-2024 02% saturation-A , 與檢驗醫學部比對, 結果合格, 呈核。 | 王美嘉 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃琬婷 | 89200檢驗醫學部      | 學術組副教授級主治醫師 | 上一級主管 | 2024-12-05 14:27:47 | 部負責人同意  | 黃琬婷 |
| 傳簽給上一級主管 | 阮宣凱 | T1710心內心導管      | 心臟內科醫事放射師   | 上一級主管 | 2024-12-09 14:14:01 | 心導管室配合辦理  | 阮宣凱 |
| 傳簽給上一級主管 | 王鳳花 | 81710心內心導管      | 心內技術組長      | 上一級主管 | 2024-12-10 07:48:13 | 心臟內科 (心導管室)之2024年第二次APT-2024 02% saturation-A , 與檢驗醫學部比對, 結果合格, 呈核。 | 王鳳花 |
| 傳簽給上一級主管 | 陳煌中 | 81700心臟血管內科     | 副科主任(專科)    | 上一級主管 | 2024-12-10 08:59:54 | 與比對合格, 配合辦理   | 陳煌中 |
| 已結案      | 尤慧玲 | 01H80高雄醫檢部      | 部主任         | 上一級主管 | 2024-12-10 19:22:25 |   | 尤慧玲 |

點選通知其他人

點選呈閱主管