

表單

附件 

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他  列印

別： **案件** 文件 (A) (B) 密(C)

速別：  普通件  急件 **※二級主管(含)以上才能點選**

處理時效：  3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

 行政文書  

本單編號：221227-89203-173


院區：8高雄

填單日期：2022/12/27

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	APT評核表:2022 02 Saturation-B-心臟內科(心導管室)	類別	一般(簽呈,報告) <input type="button" value="v"/> <b>核決流程</b> 核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="button" value="--請選擇--"/> <input type="button" value="v"/>	會簽時限		
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤	個人子標籤	<input type="button" value="儲存"/>
	POCT <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>	POCT APT <input type="button" value="v"/>	心導管 <input type="button" value="v"/>	

申請部門本文：221227-89203-173.pdf 

附件：附件一

院區審核部門

行政中心



**心臟內科(心導管室)院外品管評核表 2022 年 12 月**

品管類別	2022 APT O2 Saturation-B
收到檢體時間	2022/12/27
收到報告時間	2022/12/27
品管項目數目	6
合格項目數目	6
合格百分比	100%

說明：

1. 方式：由檢驗醫學部準備臨床檢體。
2. 標準：以檢驗醫學部 Rapid1265 result data  $\pm 5\%$ 。
3. 結果：全部合格，詳如附件 1。

照護端檢驗管理小組組長/主任/組長/品管醫檢師:參閱電子傳簽流程

# 報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



## 核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2022-12-27 16:55:47	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蔡佶祐	81710心內心導管	心臟內科資深專業醫事放射師	上一級主管	2022-12-27 17:01:27		蔡佶祐
傳簽給上一級主管	王鳳花	81710心內心導管	心內技術組長	上一級主管	2022-12-27 17:51:41		王鳳花
傳簽給上一級主管	陳永隆	81700心臟血管內科	科主任(專科)	上一級主管	2022-12-28 13:27:35		陳永隆
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部品保教學組	檢驗醫學醫檢組長	上一級主管	2022-12-28 15:38:07		蘇承瑜
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2022-12-28 16:02:30		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部品保教學組	檢驗醫學醫檢組長	上一級主管	2022-12-28 16:43:28	POCT blood gas之O2 Saturation與中央檢驗室進行APT, 差異在可接受範圍, 全部合格	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學醫檢主任	上一級主管	2022-12-28 17:45:37	心導管室 2台 POCT O2 saturation APT 評估合格, 呈核。	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副教授級主治醫師	上一級主管	2022-12-29 09:29:25	部負責人同意	黃琬婷
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2022-12-30 08:15:31		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管