

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印
別： 案件 文件 (A) (B) 密(C) 他

速別： 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效： 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230817-89203-481

院區： 8高雄

填單日期：2023/08/17

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	CAP評核表:2023 CT-B-心導管室	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員		會簽時限
歸檔標籤	部門主標籤	部門子標籤	個人主標籤
	POCT		
<input type="button" value="儲存"/>			

申請部門本文：230817-89203-481.pdf

附件：附件一 · 附件二

院區審核部門

行政中心

心導管室院外品管評核表 2023 年 08 月 17 日

品管類別	2023 CAP CT-B Survey
收到檢體時間	2023.07.17
收到報告時間	2023.08.15
品管項目數目	3
合格項目數目	3
合格百分比	100%

說明：

1. 依據 CT-B 2023 Activated Clotting Time, CT Evaluation Criteria SD，如附件 1。
2. 評估結果：合格。

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2023-08-17 14:14:06	第 1 頁 / 共 1 頁	陳彥蓉
轉寄給人員	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	表單轉寄	2023-08-17 16:43:25		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2023-08-17 17:14:50		陳彥蓉
轉寄給人員	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	表單轉寄	2023-08-17 18:01:03		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	上一級主管	2023-08-17 18:02:19		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2023-08-17 18:35:31	2023年第2次ACT外部品管結果,因同機型家數不夠CAP未評估,採自評,皆合格,呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	張永達	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢主任	上一級主管	2023-08-21 13:09:58	2023年 心內 POCT檢驗(ACT)第2次外部品管評估合格,呈核	張永達
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2023-08-22 07:52:43	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	蔡佑祐	81710心 內心導管	心臟內科 資深專業 醫事放射師	上一級主管	2023-08-23 08:19:49		蔡佑祐
傳簽給上一級主管	王鳳花	81710心 內心導管	心內技術 組長	上一級主管	2023-08-23 09:25:37		王鳳花
傳簽給上一級主管	陳永隆	81700心 臟血管內 科	科主任(專 科)	上一級主管	2023-08-23 16:21:43		陳永隆
已結案	尤慧玲	01H80高 雄醫檢部	部主任	上一級主管	2023-08-23 20:31:20		尤慧玲

點選通知其他人

點選呈閱主管

