

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：230314-89203-251

院區：

填單日期：2023/03/14

| | | | |
|----|------------------------------|----|-----------------------------|
| 人員 | 陳彥蓉 | 部門 | 89203檢驗醫學 部品保教學組 |
| 主旨 | 2023 POCT APT 尿液分析試驗第一次(門二組) | 類別 | 一般(簽呈,報告) |
| | | | 核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄 |

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 副本會簽(選填) | 會簽後彙總人員 | <input type="text" value="--請選擇--"/> | 會簽時限 |
| 歸檔標籤 | 部門主標籤 | 部門子標籤 | 個人主標籤 |
| | <input type="text" value="POCT"/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="APT"/> |
| | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> |
| | | | 護理部 |
| | | | <input type="button" value="儲存"/> |

申請部門本文：[230314-89203-251.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

護理部院外品管評核表 2023 年 03 月 14 日

| | |
|--------|------------------------|
| 品管類別 | 2023 APT 尿液分析試驗第一次(門二) |
| 收到檢體時間 | 2023/03/01 |
| 收到報告時間 | 2023/03/14 |
| 品管項目數目 | 9 |
| 合格項目數目 | 9 |
| 合格百分比 | 100% |

說明：

1. 方式：由檢驗醫學部準備 2022 年 CAP CM-B 檢體。
2. 標準：80% 以上 participant consensus, 詳如附件 1。
3. 結果：全部合格，詳如附件 2。

照護端檢驗小組組長：參閱行政文書

督導：參閱行政文書

護理長：參閱行政文書

品管醫檢師：參閱行政文書

列印字體：12

合併列印

合併列印(核簽)



報告請於二週內完成

核簽流程記錄

| 流程 | 姓名 | 部門 | 職稱 | 說明 | 日期 | 意見 | 簽章 |
|----------|-----|-----------------|-------------|-------|---------------------|-------------------------------------|-----|
| 申請 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師 MT2 | 申請者 | 2023-03-14 19:31:22 | | 陳彥蓉 |
| 轉寄給人員 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師 MT2 | 表單轉寄 | 2023-03-15 08:13:49 | | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 醫檢師 MT2 | 上一級主管 | 2023-03-15 08:18:45 | | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 王淑惠 | 84MB0門診護理二組 | 門診護理長 | 上一級主管 | 2023-03-15 08:45:27 | 2023年03月婦產科門診尿液分析試驗結果全部合格，呈核。 | 王淑惠 |
| 傳簽給上一級主管 | 曾斐琳 | 84000護理部 | 護理督導 | 上一級主管 | 2023-03-15 11:08:00 | | 曾斐琳 |
| 傳簽給上一級主管 | 蘇承瑜 | 89203檢驗醫學部品保教學組 | 檢驗醫學醫檢組長 | 上一級主管 | 2023-03-15 16:52:21 | 2023年第一次 POCT APT 尿液分析試驗，結果全部合格，呈核。 | 蘇承瑜 |
| 傳簽給上一級主管 | 張永達 | 89200檢驗醫學部 | 檢驗醫學醫檢主任 | 上一級主管 | 2023-03-16 00:58:41 | 2023年第一次 POCT 尿液分析試驗 APT 評估合格，呈核。 | 張永達 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃琬婷 | 89200檢驗醫學部 | 學術組副教授級主治醫師 | 上一級主管 | 2023-03-16 08:05:30 | 部負責人同意 | 黃琬婷 |
| 已結案 | 尤慧玲 | 01H80高雄醫檢部 | 部主任 | 上一級主管 | 2023-03-16 11:37:23 | | 尤慧玲 |

點選通知其他人

點選呈閱主管