

表單

附件

流程

機密 管制 極機密 機密 一般 非機密 其他 列印

速別：
 普通件 急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：
 3日 5日 7日 10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：240221-89203-863 院區： 填單日期：2024/02/21

人員	陳彥蓉	部門	89203檢驗醫學 部品保教學組
主旨	CAP 評核表 2024-CT2-A-放射診斷科	類別	一般(簽呈,報告)
			核決流程 核決人: 尤慧玲 (部主任) 異動紀錄

核心知識系統串連 非核心知識系統相關資料

副本會簽(選填)	會簽後彙總人員	<input type="text" value="--請選擇--"/>	會簽時限
----------	---------	--------------------------------------	------

歸檔標籤	部門主標籤	<input type="text" value="POCT"/>	部門子標籤	<input type="text" value=""/>	個人主標籤	<input type="text" value="--請選擇--"/>	個人子標籤	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="儲存"/>
------	-------	-----------------------------------	-------	-------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------------------------

申請部門本文：[240221-89203-863.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心

放射診斷科院外品管評核表 2024 年 02 月

品管類別	2024 CAP CT2-A Survey
收到檢體時間	2024.01.16
收到報告時間	2024.02.13
品管項目數目	3
合格項目數目	3
合格百分比	100%
<p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據 CT2-A 2024 Activated Clotting Time, CT2 Evaluation Criteria: ± 3 SD, 如附件 1。 2. 評估結果：合格，如附件 2。 	

POCT 檢驗組長/POCT 單位經辦/品管醫檢師：傳簽流程參閱行政文書

列印字體: 12



合併列印

合併列印(核簽)

核簽流程記錄

流程	姓名	部門	職稱	說明	日期	意見	簽章
申請	陳彥蓉	89203檢驗醫學部 品保教學組	醫檢師 MT2	申請者	2024-02-21 10:55:22		陳彥蓉
傳簽給上一級主管	蘇承瑜	89203檢驗醫學部 品保教學組	檢驗醫學 醫檢組長	上一級主管	2024-02-21 12:30:37	放射診斷科CAP 2024-CT2-A 外部品管結果皆合格, 呈核	蘇承瑜
傳簽給上一級主管	王美嘉	89200檢驗醫學部	檢驗醫學 醫檢副主任	上一級主管	2024-02-24 08:41:14	放射診斷科POCT設備之 clotting time CAP survey (2024-CT2-A)結果合格, 呈核。	王美嘉
傳簽給上一級主管	黃琬婷	89200檢驗醫學部	學術組副 教授級主治醫師	上一級主管	2024-02-26 08:02:57	部負責人同意	黃琬婷
傳簽給上一級主管	蘇愷頤	83D00放射診斷科系	放射診斷 照護師	上一級主管	2024-02-27 08:28:34		蘇愷頤
傳簽給上一級主管	黃宗正	83DA0一般放射診斷科	系主任(專科)	上一級主管	2024-02-27 16:22:46		黃宗正
已結案	尤慧玲	01H80高雄醫檢部	部主任	上一級主管	2024-02-29 21:36:20		尤慧玲

本人被通知內容

點選呈閱主管

沒有資料！

已通知人員

收件人	通知日期	寄件人	閱讀日期	意見
張志光(檢驗醫學醫檢組長)	2024-04-10 17:04:39	陳彥蓉 (醫檢師 MT2)	2024-04-11 07:53:49	刪除

點選通知其他人