

表單

附件

流程

機密  管制  極機密  機密  一般  非機密  其他   列印

速別：  
 普通件  急件 ※二級主管(含)以上才能點選

處理時效：  
 3日  5日  7日  10日

案件查詢管制：

請點選參閱附件內容!

行政文書

本單編號：231219-89203-471

院區：

填單日期：2023/12/19

|    |   |    |                           |
|----|---|----|---------------------------|
| 人員 | 陳彥蓉   | 部門 | 89203檢驗醫學<br>部品保教學組       |
| 主旨 | APT評核表:2023年實創幽門螺旋桿菌尿素快速檢驗試劑-B-檢查中心(高雄市立鳳山醫院) | 類別 | 一般(簽呈,報告)                 |
|    |   |    | 核決流程<br>核決人:尤慧玲(部主任) 異動紀錄 |

核心知識系統串連  非核心知識系統相關資料

|                                   |         |                                      |       |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 副本會簽(選填)                          | 會簽後彙總人員 | <input type="text" value="--請選擇--"/> | 會簽時限  |
| 歸檔標籤                              | 部門主標籤   | 安全衛生相關紀錄                             | 部門子標籤 |
|                                   | 個人主標籤   | <input type="text" value="--請選擇--"/> | 個人子標籤 |
| <input type="button" value="儲存"/> |         |                                      |       |

申請部門本文：[231219-89203-471.pdf](#)

附件：[附件一](#) · [附件二](#)

院區審核部門

行政中心



**檢查中心(高雄市立鳳山醫院)院外品管評核表 2023 年 12 月**

| 品管類別   | 2023-APT-B<br>實創幽門螺旋桿菌尿素酶快速檢驗 |
|--------|-------------------------------|
| 收到檢體時間 | 2023/12/13                    |
| 收到報告時間 | 2023/12/14                    |
| 品管項目數目 | 4                             |
| 合格項目數目 | 4                             |
| 合格百分比  | 100%                          |

**說明：**

1. 方式：由檢驗醫學部微生物組準備檢體，與檢查中心(高雄山醫院)比對結果。
2. 標準：依據 CAP Evaluation Criteria, 定性：100% Consistent
3. 結果：全部合格。

報告請於二週內完成

列印字體: 12

合併列印

合併列印(核簽)



核簽流程記錄

| 流程       | 姓名  | 部門                  | 職稱              | 說明    | 日期                                      | 意見  | 簽章  |
|----------|-----|---------------------|-----------------|-------|---|---|-----|
| 申請       | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部<br>品保教學組 | 醫檢師<br>MT2      | 申請者   | 第 1 頁 / 共 1 頁<br>2023-12-19<br>09:36:42 |   | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 蘇承瑜 | 89203檢驗醫學部<br>品保教學組 | 檢驗醫學<br>醫檢組長    | 上一級主管 | 2023-12-19<br>12:27:58                  |   | 蘇承瑜 |
| 傳簽給上一級主管 | 陳彥蓉 | 89203檢驗醫學部<br>品保教學組 | 醫檢師<br>MT2      | 上一級主管 | 2023-12-19<br>12:31:01                  |   | 陳彥蓉 |
| 傳簽給上一級主管 | 蘇承瑜 | 89203檢驗醫學部<br>品保教學組 | 檢驗醫學<br>醫檢組長    | 上一級主管 | 2023-12-19<br>13:45:48                  | 2023年第二次檢查中心(鳳山)實創幽門螺旋桿菌尿素快速檢驗APT結果皆合格,呈核 | 蘇承瑜 |
| 傳簽給上一級主管 | 王美嘉 | 89200檢驗醫學部          | 檢驗醫學<br>醫檢副主任   | 上一級主管 | 2023-12-20<br>14:03:17                  | 2023年第二次鳳山H. pylori快速檢驗APT結果合格。           | 王美嘉 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃琬婷 | 89200檢驗醫學部          | 學術組副<br>教授級主治醫師 | 上一級主管 | 2023-12-20<br>16:21:58                  | 部負責人同意                                    | 黃琬婷 |
| 傳簽給上一級主管 | 李佳縈 | T3T00檢查中心           | 檢查中心<br>技術師     | 上一級主管 | 2023-12-21<br>12:10:18                  | 同意  | 李佳縈 |
| 傳簽給上一級主管 | 黃琬婷 | 89200檢驗醫學部          | 學術組副<br>教授級主治醫師 | 上一級主管 | 2023-12-22<br>09:27:36                  | 部負責人同意                                    | 黃琬婷 |
| 傳簽給上一級主管 | 李佳縈 | T3T00檢查中心           | 檢查中心<br>技術師     | 上一級主管 | 2023-12-22<br>09:38:27                  |   | 李佳縈 |
| 傳簽給上一級主管 | 王心明 | T1200胃腸肝膽科          | 科主任(專科)         | 上一級主管 | 2023-12-22<br>12:44:21                  |   | 王心明 |
| 已結案      | 尤慧玲 | 01H80高雄醫檢部          | 部主任             | 上一級主管 | 2023-12-22<br>20:38:33                  |   | 尤慧玲 |

點選通知其他人

點選呈閱主管