

實驗室安全衛生工作日志記錄月報表

實驗室名稱：神經科學研究中心

2023 年 11 月

項目	檢 查 重 點	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	異 常 及 處 理			
藥品及耗材	危害性化學品之瓶上包裝應確實標示清楚																																			
	危害性化學品櫃內應無洩漏情形																																			
	藥瓶使用後應關緊後並歸回原位整齊存放																																			
	化學物質之儲存區應加以標示																																			
高壓氣體鋼瓶	氣體鋼瓶未使用時應加以關閉																																			
	氣體鋼瓶應加以鐵鍊固定																																			
	應放置乾燥、通風良好處，避免日光直射																																			
	備瓶區與空瓶區應分開存放																																			
電氣與儀器設備	電熱器等有發熱之設備，周圍應無易燃物																																			
	電線的表皮應無破損																																			
	開關、插座等應無發熱或變色現象																																			
	應無使用多孔插座超過額定電流量																																			
	儀器使用完畢應依標準作業程序關閉																																			
	儀器安全保護裝置應保持正常																																			
作業環境	周圍清掃乾淨避免堆積可燃物																																			
	室內保持整潔，無積水，通道保持順暢																																			
	實驗後應清理乾淨並熄滅火種																																			
防護具	應依規定配戴防護具器具																																			
	防護器具使用後應清理乾淨及歸定位																																			
污染防治	廢棄物應分類貯存、標示清楚並依規定處理																																			
	廢液應分類貯存、標示清楚並依規定處理																																			
緊急防護設備	緊急疏散標示應清楚明晰																																			
	緊急照明系統應正常																																			
	實驗室應設置緊急救護箱																																			
	緊急沖洗裝置周圍應無雜物且有水																																			
	消防滅火器應保持正常堪用狀態																																			
其他	離開實驗室前應關閉(門、窗、燈、瓦斯、水電)																																			
	局部排氣裝置功能應正常																																			

註：檢查正常時請打「V」，不正常時請打「X」。

表號：N0301302 規格：A4

負責主管：

負責人員：