

附件二

1. 新舊試劑定性結果比較，一致性 80%(8/10)，試劑優化後，提升抗體專一性，降低偽陽性比率。

項次	舊試劑	新試劑	差值	判讀
1	Positive 58.0	Positive 35.0	-23.0	一致
2	Positive 195.0	Positive 169.0	-26	一致
3	Positive 39.0	Positive 25.7	-13.0	一致
4	Negative 0.6	Negative 0.7	0.1	一致
5	Negative 1.8	Negative 0.7	-1.1	一致
6	Negative 0.8	Negative 0.7	-0.1	一致
7	Negative 2.3	Negative 0.7	-1.6	一致
8	Negative 2.9	Negative 0.7	-2.2	一致
9	Positive 16.0	Equivocal 8.9	-7.1	不一致
10	Positive 14.0	Negative 3.0	-11.0	不一致

2. 新舊試劑定量相關性比對：

